

### **ОБАВЕШТЕЊЕ број 3**

#### **ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА, ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН БРОЈ 13/2014**

Предмет: Додатна објашњења за јавну набавку добара – Санитетски материјал, по партијама, ЈН број 13/2014 у поступку јавне набавке велике вредности по позиву објављеном на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке добара – Санитетски материјал по партијама, ЈН број 13/2014.

Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда путем е-mail-а стигла питања, којим се траже додатна разјашњења предметне конкурсне документације.

#### **Питање бр.1:**

Партија 32: Балон за анестезију а 3Л и а 5Л. Да ли се ради о балонима за Амбу балон или о балонима за апарат за анестезију?

#### **Одговор бр.1:**

Ради се о балонима за апарат за анестезију.

#### **Питање бр. 2:**

Партија 43: Ларингеална маска. Да ли су ларингеалне маске за једнократну или висекратну употребу и да ли су у питању маске са гастричним приступом.

#### **Одговор бр. 2:**

У питању су ларингеалне маске за једнократну употребу са гастричним приступом.

#### **Питање бр. 3:**

за Партију 32 - Балони за анестезију

- да ли је под ставком 2) исправан назив добра односно трази ли се балон од 5 лит (неубицајено је велика запремина за примену у анестезији)

- Да мисли се на балон од 5 л.

- да ли се траже балони за висекратну или једнократну употребу
- **У питању су балони за виšekратну употребу.**

за Партију 40 - Ендотрахеални тубуси

- да ли су ендотрахеални тубуси са балоном или не
- **У питању су тубуси са балоном и cuff-ом**

- да ли су ендотрахеални тубуси виšekратни (силикон) или једнократни (пвц)
- **У питању су једнократни (пвц) тубуси**

за Партију 49 - Црева ребраста за анестезију

- да ли се тражи појединачно црево или сет (пар црева повезан Y конекцијом)
- **Тражи се пар црева повезан Y конекцијом**
- које дужине је црево ( и л и сет)
  - **Црево за балон за анестезију 1 м,**
  - **Пар црева повезан Y конекцијом 1,5 м**
- да ли се траже црева за виšekратну или једнократну употребу
  - **Траже се црева за виšekратну употребу.**

#### **Питање бр. 4:**

Партија 38 – артроскопска кеса стерилна – да ли можете да прецизирате димензије и опис кесе?

- **Дужина кесе 3м, промер кесе 10цм, непромочива, пвц.**

Партија 55 – стерил драпе – да ли је прихватљива димензија 65x45

- **Прихватљива.**

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу ЈН и интернет страници наручиоца.

У Нишу, 23.05.2014. године

**Комисија за ЈН бр. 13/2014**